

令和8年度

アルコール感知器仕様書

千葉県警察本部  
総務部 装備課

## 1 基準品及び数量

### (1) 基準品

光明理化学工業株式会社製

品番 呼気中アルコール感知器 PAC-400S

### (2) 数量

55台

## 2 納入期限

令和8年6月30日

## 3 規格・仕様

アルコール感知器の仕様については、下記の条件を満たすこととする。

- (1) 呼気中アルコールの有無を感知できるもの。
- (2) アルコール有無についてランプ表示できるもの。
- (3) 感知下限濃度 0.02mg/L ~ 0.1mg/L の範囲内
- (4) 感度調整ができること。
- (5) ストロー等、直接部品に口を付けて検知する製品は不可とする。
- (6) 一体型で携帯して使用できるもの。
- (7) 電池交換部以外着脱式の部品がないこと。
- (8) 使用する乾電池は単3アルカリ乾電池2本であること。
- (9) 使用時間 2.5時間 (アルカリ電池)
- (10) 機器の故障を除き、1年以上測定可能であること。

## 4 納入場所及び数量

納入場所及び数量は下表のとおりとする。

納入場所	所在地	数量
千葉県警察本部総務部装備課	千葉市中央区長洲一丁目9番1号	50台
成田国際空港警備隊	成田市三里塚1番地の25	5台

## 5 同等品について

- (1) 同等品は、上記基準品と同等もしくは同等以上のものとし、上記の規格・仕様を満たすものとする。
- (2) 同等品申請を行う場合は、千葉県警察ホームページに掲載の「本部案件用同等品申請書」に記載し、本仕様書条件を満たしていることを証明できる書類と併せて令和8年5月18日午後5時までに総務部装備課に申請すること。

## 6 その他

本仕様書に疑義が生じた場合、又は本仕様書に記載のない事項については、協議の上、決定する。