

仕様書

(血中アルコール検知管ほか2品目)

1 品名及び数量

- (1) 血中アルコール検知管 30箱
- (2) 血中一酸化炭素検知管 40箱
- (3) 血中シアン化水素検知管 3箱

2 製品の仕様

(1) 共通事項

- ア 同等品不可
- イ 販売元：光明理化学工業株式会社
- ウ 1箱あたり5テスト入りのもの
- エ 納品時点で有効期限が6か月以上有していること。

(2) 各検知管の仕様（型式及び測定範囲）

- ア 血中アルコール検知管
290EA、0.2～2.0 mg/ml
- イ 血中一酸化炭素検知管
290CO、20～90%COHb
- ウ 血中シアン化水素検知管
290CNII、2～30 mg/l

3 納入期限及び納入数量

納入期限及び数量は、以下の通りとする。

(1) 1回目

令和8年10月30日まで

- 血中アルコール検知管 15箱
- 血中一酸化炭素検知管 20箱

(2) 2回目

令和9年3月5日まで

- 血中アルコール検知管 15箱
- 血中一酸化炭素検知管 20箱
- 血中シアン化水素検知管 3箱

4 納入場所

千葉県警察本部

5 その他

- (1) 千葉県警察本部総務部会計課からの発注により、納入場所に納入すること。
- (2) 前(1)の発注後、納入の際には捜査第一課に連絡し、担当者と日時等を調整のうえ納入すること。
- (3) 納入等に係る一切の費用については、契約金額に含むこと。
- (4) 仕様等に関する問合せは、刑事部捜査第一課検視官室検視企画係とする。